

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 14, 15 ΚΑΙ 16 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε αναλυτικά τις προδιαγραφές που αφορούν τα είδη των ομάδων 14, 15 και 16 αναφορικά με το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΟΜΑΔΑ 14

14.1 Επιτραπέζια φυγόκεντρος - 0.2/0.5/1.5/2 ml

1. ταυτόχρονη επεξεργασία 2 x 1,5/2 ml σωληναρίων και 4 x 8 ταινιών PCR ή 4 x 12 x 0,2 ml σωληναρίων
2. από 500 έως 12,000 rpm
3. χρονόμετρο από 1-99 λεπτά

ΟΜΑΔΑ 15

15.1 Turbo-X UPS 2000VA/1200W Line Interactive

UPS 2000VA/1200W Line Interactive Με 3 πρίζες σούκο, ισχύ 1200W και σύστημα AVR για προστασία και ασφαλή απενεργοποίηση των συσκευών σας και οθόνη LCD.

ΟΜΑΔΑ 16

16.1 UVP STERILIZING PCR WORKSTATION, Σταθμός Εργασίας PCR με δυνατότητα απολύμανσης με UV

- Μήκους τουλάχιστον 1 μέτρου
- Πασιφικό (μη αεριζόμενο) θάλαμο PCR
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης UV με χρονοδιακόπτη 60 λεπτών.
- Διαφανής θάλαμος εργασίας, κατασκευασμένος από ανθεκτικό και ασφαλές γυαλί πάχους 6 mm, προσφέροντας πλήρη ορατότητα και προστασία από την UV ακτινοβολία.
- Πτυσσόμενο εσωτερικό ράφι: Παρέχει επιπλέον χώρο εργασίας και άνεση.
- Επιφάνεια εργασίας από πολυαιθυλένιο